FREEZE-KIT 1™

20431.04

Vitrolife

EN: Indication for use

Media for freezing of cleavage-stage embryos.

Product Description

FREEZE-KIT 1™ contains three media for the freezing of cleavage-stage embryos. The media consist of a physiological salt buffer containing human serum albumin and penicillin G as an antibacterial agent.

Cryo-PBS contains no 1,2-propanediol or sucrose.

EFS 1 contains 1.5 M 1,2-propanediol and no sucrose.

EFS 2 contains 1.5 M 1,2-propanediol and 0.1 M sucrose.

1,2-propanediol acts as a permeating cryoprotectant and sucrose acts as a non-permeating cryoprotectant.

For use after equilibration at +20 ± 5°C.

Storage instructions and stability

Store dark at +2 to +8°C.

FREEZE-KIT 1™ is stable until the expiry date shown on the container labels and the LOT-specific Certificate of Analysis.

Media bottles should not be stored after opening. Discard excess media after completion of the procedure.

Directions for use

The following is the general procedure for using FREEZE-KIT 1™. For more information on recommended use of FREEZE-KIT 1™, please see the "G Series Manual" or "Vitrolife Fertility Systems Manual". The manuals are available on request from Vitrolife and may be ordered through the company's internet website, www.vitrolife.com. Direction for use in other languages can also be found on the website.

Check patient's identity and prepare all paperwork before starting the procedure. Label straws with patient ID.

Prepare and label sterile multi-well dishes, and pipette appropriate volumes of Cryo-PBS, Embryo freezing solution 1 (EFS 1) and Embryo freezing solution 2 (EFS 2) into respective dish. Equilibrate the dishes at +20 ± 5°C.

Place embryos for freezing into the Cryo-PBS, observe and record detailed morphology (2–5 minutes). Only embryos of high quality should be used.

Gently place embryos in EFS 1 for at least 10 minutes, but no more than 20 minutes. Embryo cells will shrink and then re-equilibrate.

Carefully transfer embryos to EFS 2. Then load embryos into straws by attaching the straw to a 1 mL syringe (connection can be made using 1 cm of silastic tubing). Remove the straws and seal.

Place sealed straws into the freezing chamber at ambient temperature and commence freezing program. Manually seed the straws at –7 °C with liquid nitrogen (LN2) cooled forceps close to the cotton plug. DO NOT seed close to the embryos. DO NOT drop or shake the straw. Air bubbles in the straw may reduce cell survival.

Continue the freezing program. The freezing takes approximately 2 hours. After freezing plunge straws into liquid nitrogen and arrange for storage at -196 °C.

Specifications

Sterile filtered	SAL 10^{-3}
Bacterial endotoxins (LAL assay) [EU/mL]	<0.50
Mouse Embryo Assay	not performed

LOT specific test results are available on the Certificate of Analysis provided with each delivery.

Symbols

STERILE A	Sterilized using aseptic processing techniques
+2°C +8°C	Temperature limitation
	Do not re-use, discard after procedure.
	Use by - see label.
	Caution: Consult accompanying documents.
REF	Catalog number
LOT	Batch code

Precautions

Do not use FREEZE-KIT 1™ if it appears cloudy.

FREEZE-KIT 1™ contains human serum albumin and penicillin G.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HbsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA and syphilis. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Vitrolife recommends that media be opened and used only with aseptic technique.

The risks of reproductive toxicity and developmental toxicity for IVF media, including Vitrolife's IVF media, have not been determined and are uncertain.

Not for injection.

Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

DE: Anwendungshinweise

Zum Einfrieren von Embryonen im Zellteilungsstadium.

Produktbeschreibung

FREEZE-KIT 1™ enthält drei Medien zum Einfrieren von Embryonen im Zellteilungsstadium. Die Medien bestehen aus einem physiologischen Salz-Puffer mit humanem Serum-Albumin und Penicillin G Antibiotikum.

Cryo-PBS enthält weder 1,2-Propandiol noch Saccharose.

EFS 1 enthält 1,5 M 1,2-Propandiol und keine Saccharose.

EFS 2 enthält 1,5 M 1,2-Propandiol und 0,1 M Saccharose.

1,2-Propandiol dient als permeierender Kryoprotektor und Saccharose als nicht-permeierender Kryoprotektor.

Zur Verwendung nach einer Equilibrierung bei +20 ± 5 °C.

Lagerung und Haltbarkeit

Vor Licht geschützt bei +2 bis +8 °C lagern.

FREEZE-KIT 1™ ist bis zum auf den Verpackungsetiketten und im Analysezertifikat der Charge angegebenen Verfallsdatum haltbar.

Die Flaschen dürfen nach dem Öffnen nicht aufbewahrt werden. Entsorgen Sie restliches Medium nach Abschluss der Prozedur.

Anwendung

Nachstehend folgt eine Beschreibung des allgemeinen Verfahrens zur Anwendung von FREEZE-KIT 1™. Weitere Informationen zur empfohlenen Anwendung von FREEZE-KIT 1™ finden Sie im „G Series Handbuch" oder im „Vitrolife Fertility Systems Handbuch". Die Handbücher sind auf Anfrage bei Vitrolife erhältlich oder können auf der Unternehmenswebsite www.vitrolife.com bestellt werden. Die Anwendungsvorschriften in weiteren Sprachen entnehmen Sie bitte der Website.

Überprüfen Sie die Identität des Patienten und erledigen Sie die erforderliche Dokumentation, bevor Sie den Prozess beginnen. Kennzeichnen Sie Röhrchen mit der ID des Patienten.

Bereiten Sie sterile Multi-Well-Schalen vor und beschriften Sie diese; pipettieren Sie anschließend die erforderlichen Volumina Cryo-PBS, Embryo-Einfrierlösung 1 (EFS 1) und Embryo-Einfrierlösung 2 (EFS 2) in die jeweiligen Schalen. Equilibrieren Sie die Schalen bei +20 ± 5 °C.

Geben Sie die Embryonen zum Einfrieren in Cryo-PBS, beobachten und dokumentieren Sie die Morphologie ausführlich (2-5 Minuten). Verwenden Sie ausschließlich Embryonen von hoher Qualität.

Geben Sie die Embryonen vorsichtig mindestens 10 Minuten lang, jedoch nicht länger als 20 Minuten, in EFS 1. Die Embryonenzellen werden zunächst schrumpfen und dann reequilibrieren.

Transferieren Sie die Embryonen vorsichtig in EFS 2. Geben Sie die Embryonen anschließend in Röhrchen, indem Sie das jeweilige Röhrchen mit einer 1-ml-Spritze verbinden (die Verbindung kann mit Hilfe eines 1 cm langen silastischen Schlauchs vorgenommen werden). Entfernen Sie die Röhrchen von der Spritze und verschließen Sie sie dicht.

Geben Sie die versiegelten Röhrchen bei Umgebungstemperatur in die Gefrierkammer und beginnen Sie mit dem Gefrierprogramm. Kristallisieren Sie die Röhrchen bei –7 °C manuell nahe der Baumwollpfropfen mit in Flüssigstickstoff (LN2) getauchten Zangen. Kristallisierung der Röhrchen NICHT in der Nähe der Embryonen einleiten. RÖHRCHEN NICHT fallen lassen oder schütteln. Luftblasen in den Röhrchen können die Überlebensrate der Zellen verringern.

Fahren Sie mit dem Gefrierprogramm fort. Das Gefrieren dauert ca. 2 Stunden. Tauchen Sie die Röhrchen nach dem Gefrieren in flüssigen Stickstoff und sorgen Sie für eine Lagerung bei –196 °C.

Produktdaten

Steril filtriert	SAL 10^{-3}
Bakterielle Endotoxine (LAL-Test) [EU/ml]	<0,50
Mouse Embryo Assay	nicht durchgeführt

Chargen-spezifische Testergebnisse finden Sie auf dem Analysezertifikat, das jeder Lieferung beiliegt.

Symbole

STERILE A	Sterilisiert unter Anwendung aseptischer Verfahren
+2°C +8°C	Temperaturbeschränkung
	Nicht wieder verwenden, direkt nach Gebrauch entsorgen
	Verfallsdatum - siehe Etikett
	Hinweis: Lesen Sie bitte die beigefügten Unterlagen
REF	Katalognummer
LOT	Chargencode

Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie FREEZE-KIT 1™ nicht, wenn es trübe erscheint.

FREEZE-KIT 1™ enthält humanes Serum-Albumin und Penicillin G.

Hinweis: Alle Blutprodukte sind grundsätzlich als potenziell infektiös anzusehen. Das Quellmaterial, dem dieses Produkt entnommen wurde, wurde negativ auf HIV-, HBc-, HCV- und HTLV I/II-Antikörper getestet und war nicht reaktiv auf HbsAg, HCV RNA und HIV-1 RNA und Syphilis. Keine derzeit bekannten Testverfahren können gewährleisten, dass aus menschlichem Blut gewonnene Produkte keine Infektionserreger übertragen.

Vitrolife empfiehlt, die Medien nur unter Anwendung von aseptischen Methoden zu öffnen und zu verwenden.

Die Risiken einer Toxizität von IVF-Medien im Hinblick auf Reproduktion und Entwicklung, inklusive der IVF-Medien von Vitrolife, wurden noch nicht bestimmt und gelten als unsicher.

Nicht zur Injektion bestimmt.

Hinweis: Nach US-amerikanischem Gesetz darf dieses Produkt nur von einem Arzt gekauft oder gegen Vorlage eines ärztlichen Rezeptes verkauft werden.

ES: Instrucciones de uso

Medios para congelar embriones en fase de división (dia1 a dia 3).

Descripción del producto

FREEZE-KIT 1™ contiene tres medios para congelar embriones en fase de división. Los medios constan de un tampón salino fisiológico que contiene albúmina sérica humana y penicilina G como fármaco antibacteriano.

Cryo-PBS no contiene ni 1,2-propanediol ni sacarosa.

EFS 1 contiene 1,2-propanediol 1,5 M y nada de sacarosa.

EFS 2 contiene 1,2-propanediol 1,5 M y sacarosa 0,1 M.

El 1,2-propanediol sirve de crioprotector penetrante y la sacarosa actúa como crioprotector no penetrante.

Utilizar después de equilibrar a +20 ±5 °C.

Instrucciones de conservación y estabilidad

Conservar en un lugar oscuro de +2 a +8 °C.

FREEZE-KIT 1™ es estable hasta la fecha de caducidad que aparece en el etiquetado del envase y el certificado de análisis del LOT correspondiente.

Los frascos no deben conservarse una vez abiertos. Desechar el exceso de medio después de finalizar el procedimiento.

Instrucciones de uso

A continuación se indica el procedimiento general para utilizar FREEZE-KIT 1™. Para más información sobre el uso recomendado de FREEZE-KIT 1™, consultar el "Manual de la serie G" o el "Manual de Sistemas de Fertilización Vitrolife". El manual debe solicitarse a Vitrolife, pudiendo encargarse a través de la página web de la empresa: www.vitrolife.com. En ella también pueden encontrarse instrucciones de uso en otros idiomas.

Compruebe la identidad de la paciente y prepare toda la documentación antes de iniciar el procedimiento. Etiquete las pajillas con el identificador del paciente.

Prepare y etiquete las placas estériles de varios pocillos, y vierta con una pipeta los volúmenes correctos de Cryo-PBS, solución de congelación de embriones 1 (EFS 1) y solución de congelación de embriones 2 (EFS 2) en las respectivas placas. Equilibre las placas a +20 ± 5 °C.

Coloque los embriones a congelar en Cryo-PBS, observe y anote los detalles morfológicos (2–5 minutos). Deben utilizarse exclusivamente embriones de alta calidad.

Coloque suavemente los embriones en EFS 1 durante un mínimo de 10 minutos y un máximo de 20 minutos. Las células de los embriones se encogen y después, se re-equilibran.

Traslade con cuidado los embriones a la placa con EFS 2. Cargue después los embriones en las pajillas conectándolas a una jeringa de 1 ml (la conexión puede realizarse mediante un tubo de silicona de 1 cm). Retire las pajillas y séllelas.

Coloque las pajillas selladas en el congelador a temperatura ambiente e inicie el programa de congelación. Induzca manualmente la cristalización de las pajillas a –7 °C aplicando pinzas enfriadas en nitrógeno líquido (LN2) cerca del tapón de algodón. NO induzca la cristalización cerca de los embriones. NO deje caer la pajilla ni la agite. La presencia de burbujas de aire en la pajilla pueden reducir la sobrevivencia celular.

Prosiga con el programa de congelación. La congelación dura 2 horas aproximadamente. Después de la congelación, sumerja las pajillas en nitrógeno líquido y consérvelas a -196 °C.

Especificaciones

Filtrado estéril	SAL 10^{-3}
Endotoxinas bacterianas (ensayo LAL) [UE/ml]	< 0,50
Ensayo en embrión de ratón	No realizado

Los resultados de los ensayos específicos de cada LOT aparecen en el certificado de análisis suministrado con cada entrega.

Símbolos

STERILE A	Esterilizado utilizando técnicas de procesamiento asépticas
+2°C +8°C	Limitaciones de temperatura
	No reutilizar, desechar tras el procedimiento
	Usar antes de - consultar la etiqueta
	Atención: Consulte la documentación adjunta
REF	Número de catálogo
LOT	Código de lote

Precauciones

No utilice FREEZE-KIT 1™ si tiene aspecto turbio.

FREEZE-KIT 1™ contiene albúmina sérica humana y penicilina G.

Atención: Todos los productos hemoderivados deben tratarse como potencialmente infecciosos. El material original del que deriva este producto se mostró negativo en los ensayos de anticuerpos frente a VIH, HBc, VHC y HTLV I/II, y no reactivo frente a HbsAg, ARN de VHC, ARN de VIH-1 y sífilis. Ningún método de ensayo conocido puede garantizar que los productos derivados de la sangre humana no transmitan agentes infecciosos.

Vitrolife recomienda que los medios se abran y utilicen solamente con técnica aséptica.

Los riesgos de toxicidad para la reproducción y el desarrollo que conllevan los medios de FIV, incluidos los de Vitrolife, no se han determinado y son inciertos.

No inyectable.

Atención: Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a los profesionales de la medicina o bajo su autorización.

© Vitrolife

FR: Indications d'utilisation

Milieu pour la congélation des embryons au stade de segmentation.

Description du produit

FREEZE-KIT 1™ contient trois milieux pour la congélation des embryons au stade de segmentation. Le milieu est constitué d'un tampon salin physiologique contenant de l'albumine sérique humaine, et de la pénicilline G comme agent antibactérien.

Cryo-PBS ne contient pas de propanediol-1,2 ni de sucrose.

EFS 1 contient 1,5 M de propanediol-1,2 et ne contient pas de sucrose.

EFS 2 contient 1,5 M de propanediol-1,2 et 0,1 M de sucrose.

Le propanediol-1,2 agit en tant que cryoprotecteur perméable et le sucrose agit en tant que cryoprotecteur non perméable.

A utiliser après équilibrage à +20 °C ± 5 °C.

Instructions de stockage et stabilité

A conserver à l'abri de la lumière entre +2 et +8 °C.

FREEZE-KIT 1™ reste stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette du flacon et le certificat d'analyse spécifique au LOT.

Le flacon de milieu ne doit pas être conservé après ouverture. Jeter le milieu en excès à la fin de la procédure.

Mode d'emploi

La procédure générale d'utilisation de FREEZE-KIT 1™ est décrite ci-après. Pour en savoir plus sur les recommandations d'utilisation de FREEZE-KIT 1™,veuillez consulter le « Manuel Vitrolife G Series™ » ou le « Vitrolife Fertility Systems Manual ». Ces manuels sont disponibles sur demande auprès de Vitrolife et peuvent être commandés sur le site Internet de la société, www.vitrolife.com. Le mode d'emploi est disponible dans d'autres langues sur le site Internet.

Contrôlez l'identité de la patiente et préparez tous les papiers avant de commencer l'opération. Collez une étiquette avec l'identification de la patiente sur chacune des paillettes.

Préparez et étiquetez des boîtes à cupules multiples stériles, puis déposez à l'aide de pipettes des volumes appropriés de Cryo-PBS, la solution pour congélation des embryons 1 (EFS 1) et la solution pour congélation des embryons 2 (EFS 2) dans les boîtes correspondantes. Laissez les boîtes s'équilibrer à +20°C ± 5°C.

Transférez les embryons pour la congélation dans Cryo-PBS, puis observez et notez la morphologie en détail (2 à 5 minutes). Seuls les embryons de première qualité doivent être utilisés.

Placez avec précaution les embryons dans EFS 1 pendant 10 minutes au minimum mais jamais plus de 20 minutes. Les cellules embryonnaires rétrécissent, puis se rééquilibrent.

Transférez soigneusement les embryons dans EFS 2, puis chargez-les dans des paillettes en fixant la paillette à une seringue de 1 mL (au moyen d'un tube en silastique de 1 cm). Retirez les paillettes et fermez hermétiquement.

Placez les paillettes fermées hermétiquement dans la chambre de congélation à température ambiante et débutez le programme de congélation. Activez manuellement les paillettes à –7 °C avec des pinces pré-refroidies à l'azote liquide (LN2) près du bouchon en coton. N'ACTIVEZ PAS les paillettes près des embryons. NE LAISSEZ PAS tomber les paillettes et ne les agitez pas. La présence de bulles d'air dans la paillette peut réduire la survie des cellules.

Continuez le programme de congélation. La congélation dure environ 2 heures. Après la congélation, plongez les paillettes dans l'azote liquide et préparez le stockage à –196 °C.

Spécifications

Filtration stérile	SAL 10^{-3}
Endotoxines bactériennes (test LAL) [EU/mL]	<0,50
Test sur embryon de souris	non effectué

Les résultats des tests spécifiques au LOT sont indiqués sur le certificat d'analyse remis pour chaque livraison.

Symboles

STERILE A	Stérilisé à l'aide de techniques de conditionnement aseptique
+2°C +8°C	Limite de température
	Ne pas réutiliser, jeter après la procédure
	Utiliser avant – voir étiquette
	Attention: veuillez consulter les documents d'accompagnement
REF	Référence catalogue
LOT	Code du lot

Précautions

N'utilisez pas FREEZE-KIT 1™ s'il a un aspect trouble.

FREEZE-KIT 1™ contient de l´albumine sérique humaine,et de la pénicilline G.

Attention : Tous les produits sanguins doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Le matériel d'origine dont ce produit est dérivé s'est avéré négatif lors des tests d'anticorps au VIH, à l'HBc, au VHC et à l'HTLV I/II, et non réactif pour l'AgHBs, l'ARN du VHC, l'ARN du VIH-1 et la syphilis. Aucune méthode de test connue ne peut garantir que les produits dérivés du sang humain ne transmettent pas d'agents infectieux.

Vitrolife recommande d'ouvrir ce milieu et de l'utiliser uniquement avec une technique aseptique.

Les risques de toxicité reproductive et de toxicité de développement pour les milieux de FIV, y compris pour les milieux de FIV de Vitrolife, n'ont pas été établis et restent incertains.

Ne pas utiliser en injection.

Attention : La loi fédérale américaine limite la vente de ce produit aux médecins ou sur délivrance d'une ordonnance.

IT: Istruzioni per l'uso

Terreno per il congelamento di embrioni in fase di clivaggio.

Descrizione del prodotto

FREEZE-KIT 1™ contiene tre terreni per il congelamento di embrioni in fase di clivaggio. I terreni sono costituiti da un tampone salino fisiologico contenente albumina del siero umana e penicillina G come agente antibatterico.

Cryo-PBS non contiene 1,2-propandiolo o saccarosio.

EFS 1 contiene 1,5 M di 1,2-propandiolo e non contiene saccarosio.

EFS 2 contiene 1,5 M di 1,2-propandiolo e 0,1 M di saccarosio.

Il 1,2-propandiolo funge da crioprotettore permeante e il saccarosio funge da crioprotettore non permeante.

Destinato all'uso dopo l'equilibratura a +20 ± 5 °C.

Istruzioni per la conservazione e stabilità

Conservare al riparo dalla luce ad una temperatura da +2 a +8 °C.

FREEZE-KIT 1™ rimane stabile fino alla data di scadenza riportata sulle etichette dei contenitori e sul Certificato di analisi di ogni Lotto.

Dopo l'apertura, i flaconi di terreno non possono essere conservati. Gettare il terreno in eccesso al termine della procedura.

Istruzioni per l'uso

Di seguito è riportata la procedura generica per l'uso di FREEZE-KIT 1™. Per maggiori informazioni sull'uso corretto di FREEZE-KIT 1™, vedere il Manuale Serie G oppure il Manuale Vitrolife Fertility Systems. I manuali possono essere richiesti alla Vitrolife ed ordinati dal sito Internet dell'azienda, www.vitrolife.com. Il sito contiene anche le istruzioni per l'uso in altre lingue.

Controllare l'identità del paziente e preparare tutta la documentazione necessaria prima di iniziare la procedura. Etichettare le cannule con l'ID del paziente.

Preparare ed etichettare piastre multi-pozzetto sterili e pipettare i volumi appropriati di Cryo-PBS, soluzione di congelamento embrionale 1 (EFS 1) e soluzione di congelamento embrionale 2 (EFS 2) nelle rispettive piastre. Equilibrare le piastre a +20 ± 5°C.

Posizionare gli embrioni da congelare in Cryo-PBS, osservare e registrare la morfologia dettagliata (2–5 minuti). Utilizzare esclusivamente embrioni di alta qualità.

Posizionare delicatamente gli embrioni in EFS 1 per almeno 10 minuti, ma non per più di 20 minuti. Le cellule embrionali si restringeranno ed equilibreranno.

Trasferire con cautela gli embrioni in EFS 2. Caricare quindi gli embrioni nelle cannule fissandole ad una siringa da 1 mL (il collegamento può essere effettuato con un tubo di plastica da 1 cm). Togliere le cannule e sigillare.

Trasferire le cannule sigillate in camera di congelamento a temperatura ambiente ed avviare il programma di congelamento. Effettuare manualmente il seeding a -7°C utilizzando pinze raffreddate con azoto liquido (LN2) accanto al tappo di cotone. NON effettuare il seeding vicino agli embrioni. NON urtare o scuotere la cannula. Eventuali bolle d'aria nella cannula possono compromettere la sopravvivenza delle cellule.

Continuare il programma di congelamento.

Il congelamento richiede 2 ore circa. Dopo il congelamento, inserire le cannule nell'azoto liquido e predisporne la conservazione a 196°C.

Specifiche

Filtraggio sterile	SAL 10^{-3}
Endotossine batteriche (analisi LAL) [EU/mL]	<0,50
Test embrionale nei topi	non eseguito

I risultati dei test specifici sui Lotti sono riportati sul Certificato di analisi fornito ad ogni consegna.

Simboli

STERILE A	Sterilizzato utilizzando tecniche di lavorazione asettiche
+2°C +8°C	Limiti di temperatura
	Non riutilizzare, gettare al termine della procedura
	Utilizzare entro - vedere l'etichetta
	Attenzione: consultare la documentazione di accompagnamento
REF	Numero di catalogo
LOT	Codice lotto

Precauzioni

Non utilizzare FREEZE-KIT 1™ se presenta un aspetto torbido.

FREEZE-KIT 1™ contiene albumina del siero umana e penicillina G.

Attenzione: tutti gli emoderivati devono essere trattati come potenzialmente infettivi. Le materie prime impiegate per questi prodotti sono risultate negative ai test per gli anticorpi di HIV, HBc, HCV e HTLV I/II e non reattive per HbsAg, HCV RNA e HIV-1 RNA e sifilide. Nessun metodo di prova conosciuto può assicurare che i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettano agenti infettivi.

Vitrolife raccomanda di aprire ed utilizzare i terreni esclusivamente con tecniche asettiche.

I rischi di tossicità riproduttiva e tossicità dello sviluppo dei terreni IVF, inclusi i terreni IVF Vitrolife, non sono stati determinati e sono incerti.

Non per iniezione.

Attenzione: la legge federale (degli Stati Uniti) limita la vendita del presente dispositivo dietro prescrizione medica.

EN, DE, ES, FR, IT: For technical support/Technischer Support/Asistencia técnica/Pour contacter l'assistance technique/Per l'assistenza tecnica:

Americas
Tel: + 1-866-848-7687
E-mail: support.us.fertility@vitrolife.com

Europe, Middle East, Asia, Pacific, Africa
Tel: +46-31-721 80 20
E-mail: support.fertility@vitrolife.com

Vitrolife Sweden AB, Box 9080 (Gustaf Werners gata 2), SE-400 92 Göteborg, Sweden.
Vitrolife Inc., 3601 South Inca Street, Englewood CO 80110, USA.
Vitrolife Pty. Ltd., 55 Flemington Rd, North Melbourne VIC 3051, Australia.

www.vitrolife.com

Manufactured by
Vitrolife Sweden AB
Göteborg, Sweden

CE
0434